




TSK骨髓穿刺針

TSK骨髓移植針



TSK骨髓移植針

TSK骨髓穿刺針



特長

国内製造にこだわり、長年培った弊社の研削技術が切れ味の良さを実現しました。

**豊富な
サイズ展開**

患者様の体格に合わせたサイズ選定が可能です。TSK骨髄穿刺針では、全サイズで針調整ネジによる針の長さを調節できます。

**患者様の
負担軽減**

外針ハンドルから内針をまっすぐ引き抜けることにより体内で内針先端が回りません。

切れ味

内針抜去

使用方法 (骨髄穿刺 腸骨の場合)



1 穿刺前に親指と人差し指で針調整ねじを回し、針の長さを調整する。穿刺する際は必ず外針の刃先と内針の刃先がセットされている状態を確認します。



2 外針ハンドルとツمامミ(ピンク部分)をきちんと組み合わせしっかり持つ。穿刺部位の皮膚も反対の手で穿刺中に位置がずれないようにしっかりと固定する。



3 皮膚を穿刺し、骨膜に刃先が当たっていることを確認する。針先が骨膜に達したらキリで穴を開けるような要領で垂直に針をゆっくり進め、骨から骨髄まで到着させる。



4 内針を外針ハンドルからまっすぐ引き抜く。【注意】内針のツمامミ(ピンク部分)を回転させない。



5 シリンジ(滅菌済み注射筒)を接続し、骨髄液を吸引する。



6 TSK骨髄穿刺針を引き取り、素早く止血する。

※ご使用前に最新の添付文書をご確認ください。

製品規格

TSK骨髄穿刺針

(ショートタイプ:胸骨用、ロングタイプ・ウルトラロングタイプ:腸骨用)

サイズ				
太さ	長さ	*公称の長さ	調整幅	製品コード
14G	ショート	25mm	5~20mm	SIL-141
	ロング	40mm	20~35mm	SIL-142
	ウルトラロング	55mm	35~50mm	SIL-143
15G	ショート	25mm	5~20mm	SIL-151
	ロング	40mm	20~35mm	SIL-152
	ウルトラロング	55mm	35~50mm	SIL-153
16G	ショート	25mm	5~20mm	SIL-161
	ロング	40mm	20~35mm	SIL-162
	ウルトラロング	55mm	35~50mm	SIL-163
**18G	ショート	25mm	5~20mm	SIL-181

*公称の長さ:各サイズの調整ホルダーを取り外した際の針管部分(ネジの部分を除く)。

**18Gショートは小児にご使用いただけます。

TSK骨髄移植針

サイズ		
太さ	長さ	製品コード
14G	50mm	SIL-14050
	70mm	SIL-14070
	100mm	SIL-14100

EOG滅菌 10本入り/箱
販売名:TSK骨髄移植針
医療機器認証番号:220AGBZX00232A01
単回使用 クラスII 管理医療機器

EOG滅菌 10本入り/箱
販売名:TSK骨髄穿刺針
医療機器認証番号:220AGBZX00232000
単回使用 クラスII 管理医療機器



株式会社タスク
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511